

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП

Трг краља Петра број 1, Кладово

Број: 01.01-132638/25-2020

Датум: 05.12.2020.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку формирана Решењем о образовању комисије број 01.01-32602/3-2020 од 28.04.2020. године, за набавку радова: Верификација и еталонирање мерне опреме, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. ЈН/2000/0014/2020 (354/2020)

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

Партија 1

Рок за извршење тражене услуге који се захтева није премерен јер сама организација преузимања и прослеђивања уређаја произвођачу траје више од 30 дана на које треба додати време за испитивање и верификацију. Молим да рок извршења продужити на 90 дана од дана увођења у посао.

ОДГОВОР:

Наручилац ће у складу са наведеном примедбом извршити Измену Конкурсне документације.

ПИТАЊЕ 2:

Партија 4

Позиција 2 - који је статички притисак диференцијалног манометра и да ли понуђач треба да буде акредитован за еталонирање манометара на статичком притиску из мерног опсега манометра који се еталонира?

ОДГОВОР:

Манометар је са два улаза који имају засебно показивање у једном кућишту на мери делта Р. Мери тренутни притисак у систему. Практично има две казаљке које мере притисак тако да вам не треба статички притисак збод делта Р.

ПИТАЊЕ 3:

У делу „Технички капацитет“ за партију 4 наводи се да Понуђач мора да је сертифициван за рад у лабораторији, или да има могућност да користи по одговарајућем уговору сертифицивану лабораторију у складу са SRPS ISO 17025 за испитивање мерних уређаја. Да ли под мерним уређајима наручилац мисли на уређаје који су предмет еталонирања и да ли је потребно доставити и обим акредитације јер сертификат о акредитацији нема значаја без обима акредитације?

ОДГОВОР:

Акредитационо тело Србије (АТС) издаје сертификат о акредитацији уз који иде и Решење о утврђивању обима акредитације којим се потврђује да лабораторија и контролна тела спроводе своје активности у складу са SRPS ISO 17025.

Обим акредитације мора да обухвата мерне уређаје који су предмет еталонирања.

С поштовањем,

Комисија за ЈН/2000/0014/2020 (354/2020)

