	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/4

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
ОГРАНАК \_\_\_\_\_

Улица \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_\_  
Број: E-05.01-1102/14/19-2020  
21.02.2020.  
(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број **3100/0067/2019**, за јавну набавку – **Лабораторијско стакло**, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

**Питање бр. 1.:**

Позиција 2- Да ли је прихватљиво понудити аван Ø125mm?

Одговор бр.1.:

Није прихватљиво.

**Питање бр. 2.:**

Позиција 3- Молим Вас да прецизирате запремину балона.

Одговор бр.2.:

Запремина балона је 10l.

**Питање бр.3.:**


Позиција 4- Молим Вас да прецизирате запремину балона.

Одговор бр.3.:

Запремина балона је 4l.

**Питање бр.4.:**

Позиција 8- Да ли је прихватљиво понудити боцу висине 138 mm, јер већина произвођача нуди управо такве? Уколико инсистирате на траженој висини, молим Вас да наведете произвођача и каталошки број.

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/4

Одговор бр.4:

Није прихватљиво понудити боцу висине 138 mm. Прихватљиво је понудити боце искључиво наведених карактеристика.

**Питање бр.5.:**

Позиција 19- Да ли је прихватљиво понудити боцу за прах од 50 ml?

Одговор бр.5:

Прихватљиво је понудити боцу за прах од 50 ml .

**Питање бр.6.:**

Позиција 26- Да ли је прихватљиво понудити ексикатор  $\varnothing$  210mm ?

Одговор бр.6:

Прихватљиво је понудити ексикатор  $\varnothing$  210mm.

**Питање бр.7.:**

Позиција 30- Да ли је прихватљиво понудити кесице димензија 160 x 200?

Одговор бр.7:

Прихватљиво је понудити кесице димензија 160 x 200.

**Питање бр.8.**

Позиција 34- Да ли је прихватљиво понудити левак  $\varnothing$ 150 или  $\varnothing$ 180 mm?

Одговор бр.8:

Није прихватљиво. Потребана је димензија наведена у конкурсној документацији.

**Питање бр.9.**

Позиција 36- Да ли сте мислили 1000 ml? Да ли Вам је потребан пластични или стаклени левак?

Одговор бр.9: Да, стаклени, градуисани левак од 1000 ml .

**Питање бр.10**

Позиција 41- Да ли је прихватљиво понудити машице 300 mm?

Одговор бр.10:

Прихватљиво је понудити машице 300 mm.

**Питање бр.11.**

Позиција 67- Да ли је прихватљиво понудити вегглас 40 x 30?

Одговор бр.11:


Прихватљиво је понудити вегглас 40 x 30 mm.

**Питање бр.12.**

Позиција 68- Да ли је прихватљиво понудити вегглас 50 x 35 ?

Одговор бр.12:

Прихватљиво је понудити вегглас 50 x 35 mm.

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	3/4

**Питање бр.13.:**

Позиција 69-Молим Вас за каталожки број или неку слику каква вам је славина потребна.

Одговор бр.13:Дужина славине је 140 mm ,D-8mm –слика у прилогу 1..

**Питање бр.14.:**

Позиција 74-Да ли је прихватљиво понудити сталак за 9 пипета?

Одговор бр.14:Није прихватљиво.

**Питање бр.15.:**

Позиција 88- Да ли је прихватљиво понудити Петри шољу h-15 mm?


Одговор бр.15:Прихватљиво.


**Питање бр. 16:**

Позиција 100- Да ли Вам је потребна стаклена или пластична чаша?

Одговор бр.16: Пластична

Прилог 1:



	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	4/4

*У складу са наведеним појашњењима Комисија ће изградити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.*

Комисија за ЈН 3100/0067//2019

Татјана Војводић

