	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/2

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК _____

Улица _____ Број _____
Број: E.05.01.113469/1-2020
24.02.2020.
(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број **3100/0067/2019**, за јавну набавку – **Лабораторијско стакло**, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 5.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

Питање бр. 1.:

Позиција 3- Која запремина балона вам треба?

Одговор бр.1.:

Одговарајућа запремина балона је 10l.

Питање бр.2.:

Позиција 4- Која запремина балона за узорковање гаса вам одговара: 1, 1.5, 2, 4, 5, или 8l?

Одговор бр.3.:

Запремина балона која нам одговара је 4l.

Питање бр.3.:

Позиција 19- Да ли може да се понуди боца за прах стаклена 50 ml?


Одговор бр.3:

Прихватљиво је понудити боцу за прах стаклену од 50 ml .

Питање бр.4.:

Позиција 30- Да ли могу да се понуде кесице патент (зип) 150 x 220mm?

Одговор бр.4:

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/2

Прихватљиво је понудити кесице димензија 150 x 220mm.

Питање бр.5.

Позиција 36- Да ли сте мислили на левак за седиментацију градуисан 1000 ml, с обзиром да је у тендерској документацији 1000mm?

Одговор бр.5:

Да, левак за седиментацију,градуисан,стаклени од 1000 ml .

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Комисија за ЈН 3100/0067//2019

Татјана Војводић

