

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

5

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕ-КО КОСТОЛАЦ

Улица: Николе Тесле бр. 5-7
 Број: С-05-01-689094/1-2019
 Костолац 12.12.2019.
 (место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3100/0193/2019 за набавку услуга Сервис лабораторијских уређаја у ХПВ-у – Партија 2 на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
 У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
 Бр.1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ бр.1. У партији 2 конкурсне документације наведено је да је потребно поред сервиса обавити и еталонирање опреме. Нигде није наведено као додатни услов поседовање акредитоване лабораторије према ISO/IEC 1725. Молим дадопуните овим захтевом конкурсну документацију јер једино еталонирање од стране акредитоване лабораторије компетентно и следиво, тј. поседовањем овог сертификата се обезбеђује квалитет захтеваних услуга.

ОДГОВОР бр. 1: КД, у делу Партија 2, тачка 4.2- Додатни услови-пословникапацитет, допуњује се:

- Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом ако:
- Он или подизвођач имају акредитовану лабораторију од стране АТС за наведени тип мерила.

Доказ:

- Фотокопија акредитације

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће изградити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

Славољуб Стокић

